

Ergänzung zum Beitrag in FA 4/15, S. 372 ff. „Messplattform NWT4000 – ein Netzwerkanalysator bis 4400 MHz“

■ Netzteil für NWT4000

Vermutlich kein Einzelfall ist, dass zu dem in China bestellten NWT4000 ein Schalt-
netzteil mit 24 V Wechselspannung mitge-
liefert wurde. Laut Aufdruck sollte es die
gewünschten 12 V Gleichspannung abge-
ben. Vor dem ersten Anstecken eines mit-
gelieferten Netzteils empfiehlt es sich da-
her, unbedingt die Ausgangsspannung zu
kontrollieren.

(Meldung aus FA 6/2015, S. 588)